

Осуществление закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно гл. 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375

г. Усть-Каменогорск

16.07.2021 год

КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, осуществляет закуп **лекарственных средств и медицинских изделий** на основании гл.9 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг" способом запроса ценовых предложений. Наименование и объем (количество) прилагается (приложение №1).

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Сроки поставки: *по заявке Заказчика в заявленном количестве.*

Ценовые предложения потенциальных поставщиков представляются (направляются) организатору нарочно или по почте по адресу: **070000, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4. Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 08.15 часов «23» июля 2021 года.**

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «23» июля 2021 года по следующему адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, кабинет отдела государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупок, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Победитель представляет заказчику или организатору закупок в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «О

разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращения деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика»;

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

Главный врач _____ С. Попов



№ лота	Наименование Описание	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная на закупку, тенге	Сумма, выделенная на закупку, тенге
1	Толперизон. Таблетки 150мг	таблетка	210	34,92	7 333,2
2	Высокопоточная назальная канюля для проведения высокопоточной кислородной терапии у пациентов с острой респираторной недостаточностью (для подачи воздуха с или без кислородной смеси, максимальный поток до 80 л/мин). Наличие возможности подавать нагретые и увлажненные газы. Наличие мягких силиконовых кончиков канюль и эластичного ремешка для фиксации канюли. Предназначены для использования одним пациентом сроком не менее семи дней. Универсальный коннектор для подключения к аппарату высокопоточной оксигенации.	штука	50	19 000	950 000
3	Шлем для терапии с постоянным положительным давлением (СРАР терапии) для взрослых, размер L (окружность шеи - диапазон 40 - 47 см). Внутренний объем шлема 16±0,5 л. Колпак должен быть выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое должно иметь маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Манжета эластичная воротничкового типа. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см ±0,5 см. Наличие адаптера клапана ПДКВ-РЕЕР с индикатором давления на патрубке выдоха. Наличие патрубка для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателем. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех клипс фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя, Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Клапан положительного давления в конце выдоха регулируемый (от 0 до 20 см H2O)-1шт. Срок годности (гарантии): не менее 5 лет от даты выпуска.	штука	1	77 410	77 410
4	Шлем для терапии с постоянным положительным давлением (СРАР терапии) для взрослых, размер XL (окружность шеи - диапазон 45 - 52 см). Внутренний объем шлема 16±0,5 л. Колпак выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое должно иметь маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Манжета эластичная воротничкового типа. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см ±0,5 см. Наличие адаптера клапана ПДКВ-	штука	1	77 410	77 410

5	РЕЕР с индикатором давления на патрубке выдоха. Наличие патрубка для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателем. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех клипс фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя, Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Клапан положительного давления в конце выдоха регулируемый (от 0 до 20 см H2O)-1шт. Срок годности (гарантии): не менее 5 лет от даты выпуска.	штука	1	77 410	77 410
6	Шлем для терапии с постоянным положительным давлением (CPAP терапии) для взрослых, размер XXL (окружность шеи - диапазон ≥ 50 см). Внутренний объем шлема 16±0,5 л. Колпак выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое должно иметь маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Манжета эластичная воротничкового типа. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см $\pm 0,5$ см. Наличие адаптера клапана ПДКВ-РЕЕР с индикатором давления на патрубке выдоха. Наличие патрубка для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателем. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех клипс фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя, Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Клапан положительного давления в конце выдоха регулируемый (от 0 до 20 см H2O)-1шт. Срок годности (гарантии): не менее 5 лет от даты выпуска.	штука	1	74 315	74 315

	концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,5м-1шт. Срок годности (гарантии): не менее 5 лет от даты выпуска.				
7	Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер XL (окружность шеи - диапазон 45 - 52 см). Внутренний объем шлема 11±0,5 л. Колпак выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое должно иметь маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Наличие двух манжет: эластичная воротниковая и надувная. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см ±0,5 см. Наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателями. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех шипов фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. Наличие трубки надува манжеты с пережимной клипсой. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя, Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,5м-1шт. Срок годности (гарантии): не менее 5 лет от даты выпуска	штука	1	74 315	74 315
8	Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер XXL (окружность шеи - диапазон ≥50 см). Внутренний объем шлема 11±0,5 л. Колпак выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое должно иметь маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Наличие двух манжет: эластичная воротниковая и надувная. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см ±0,5 см. Наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателями. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех клипс фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. Наличие трубки надува манжеты с пережимной клипсой. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя. Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Шланг 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,5м-1шт.	штука	1	74 315	74 315
9	Датчик кислорода на аппарат ИВЛ «Biyovent», Германия, EventC. 1. Диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении.	штука	10	62 895	628 950

	2. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мВ 4. Электрический интерфейс: 3-х пиновый 5. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55 6. Рабочая температура от 0° C до 50° C 7. Диапазон давления от 0.6 бар до 2 бар 8. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации 9. Температура хранения от -20° C до 50° C 10. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора 11. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: Не более 1% объема кислорода в месяц 12. Не более 15% в течение срока службы 13. Установка продукта на месте использования устройства производиться поставщиком. За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик.												
10	Флуометр (регулятор потока кислорода) типа DIN с увлажнителем для медицинского кислорода. Рабочий диапазон 0-15 л/мин. Комплектность: флуометр кислорода, увлажнитель, газовый коннектор DIN.			штука		3		70 000		210 000			
11	Аппарат для проведения высокопоточной оксигенотерапии, которая доставляет подогретую и увлажнённую воздушно-кислородную смесь самостоятельно дышащему пациенту. Наличие: - Цветной сенсорный LCD дисплей; - Увлажнитель с подогревом; - Пульсоксиметрия SpO₂; - Частота пульса; - Отображение концентрации O₂ (21%-100%); - Регулировка O₂-Air – от внешнего флуометра; - Отображение потока (2-60 л/мин); - Отображение температуры дыхательной смеси (31° C ~ 37° C / 7 уровней); - Подключение к источнику кислорода для насыщения воздуха; - Подключение к центральному газоснабжению (кислородной магистрали); - Максимальный поток, не менее 60 л/мин.; - Сохранение данных на SD карте;			штука		2		2 193 000		4 386 000			

LCD дисплей – Touch screen, не менее 5 дюймов. USB порт не менее 1. Измерение концентрации O2. Предел тревог O2. Диапазон измерения O2 не менее 21-100%, точность не хуже $\pm 5\%$. Регулировка O2-Air – от внешнего флоуметра. Диапазон скорости потока не менее 2-60 л/мин. Максимальная скорость потока не менее 60 л/мин. Режим высокого потока не менее 25л/мин-60л/мин. Режим низкого потока не менее 2л/мин-25л/мин. Точность не менее: ± 5л/мин (Режим высокого потока 25л/мин-60л/мин), ± 2л/мин (Режим низкого потока: 2л/мин-25л/мин). Диапазон контроля температуры не менее 31°C-37°C, не менее 7 уровней регулировки. Точность температурного контроля не более $\pm 2^\circ\text{C}$. Запись истории наблюдений. Учет общего времени терапии. Предусмотрены продолжительности терапии со звуковой сигнализацией. Ночной режим. Запись истории терапии - 1 день, 3 дня, 7 дней, 30 дней. Подключение к электросети. Комплектация: - Камера увлажнителя - авто заполняемая камера увлажнителя - 1 шт. - Кислородный шланг DIN стандарта - 1 шт. - Фильтр для аппарата, поролон - 1 шт. - Назальная высокопоточная канюля - 1 шт. - Контур для одного пациента, с 2 проводами нагрева - 1 шт. - Внешний флоуметр до 60 л/мин - 1 шт. - Специализированная колесная тележка со стойкой и корзиной - 1 шт. - Датчик SpO2 в комплекте с кабелем. Диапазон показаний SpO2 не менее 35-100%. Диапазон частоты пульса не менее 25-250 уд.мин. - 1 шт.	
Итого:	6 637 458, 20

Итого, сумма закупки: 6 637 458, 20 (шесть миллионов шестьсот тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге, 20 тиын.