

Осуществление закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно гл.10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

г. Усть-Каменогорск

21.02.2019 год

КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, осуществляет закуп **лекарственных средств, изделий медицинского назначения, диагностических средств и реактивов на основании гл.10** постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" способом запроса ценовых предложений. Наименование и объем (количество) **лекарственных средств, изделий медицинского назначения, диагностических, дезинфицирующих средств и реактивов** прилагается (приложение №1).

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Сроки поставки: *по заявке Заказчика в течение 2019 года.*

Ценовые предложения потенциальных поставщиков представляются (направляются) организатору нарочно или по почте по адресу: **070000, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.** Окончательный срок предоставления ценовых предложений – **до 08.15 часов «28» февраля 2019 года.**

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «28» февраля 2019 года по следующему адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, кабинет отдела государственных закупок.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в

информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих

9) документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих

в случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся

авный врач

пов



№ лота	Наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная на закупку, тенге	Сумма, выделенная на закупку, тенге
1	Антибактериальное жидкое мыло для гигиенической обработки рук, для мытья рук хирургов, акушеров, анестезиологов, медсестер), проводящих операции или принимающих роды; состав: - ПАВ, антибактериальные компоненты, эфиры жирных кислот. Характеристики: - Обладает выраженной антибактериальной активностью в отношении Гр⁺ и Гр⁻ микроорганизмов. - Не содержит красителей, растворителей, ароматизаторов, обладает антибактериальной активностью. - Не содержит щелочей, сохраняет естественный кислотный баланс кожи. - длительное антимикробное действие; - наличие действующих веществ, не провоцирующих резистентность микрофлоры; - безопасность для использования, то есть, исключение возможных токсических, аллергенных, онкогенных и т.д. реакций. - дезинфицирующее средство с приятным запахом или без запаха. - без оставления следов на одежде - Срок годности 1 год.	Флакон/ 1000мл	550	2 000	1 100 000
2	Дезинфицирующее средство для грубой дезинфекции (для проведения дезинфекции поверхностей при проведении текущей и генеральной уборки, дезинфекции санитарно-технического оборудования, дезинфекции лабораторной посуды, дезинфекции предметов ухода за больными, дезинфекции уборочного инвентаря, дезинфекции смывных вод, выделений(биологических) и различных объектов загрязненных выделениями больных). Химический состав дезсредства и действующие вещества: Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 80% и функциональные добавки типа (карбонат натрия, бикарбонат натрия, адипиновая кислота, сульфанол, ПАВ и другие)	Банка/ не менее 300 таблеток	300	3 200	960 000

	Характеристика: Дезинфицирующее средство должно относиться к 3-4 классу опасных веществ по токсичности и не обладать кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью, Обладать дезинфицирующими и моющими свойствами, хорошо смываемые водой, не оказывающие повреждающее воздействие на материалы. Концентрация дезинфицирующего средства для дезинфекции при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза), вирусной этиологии включая ВБИ при обработке должна быть не более (с экспозицией в пределах): 0,015%- с экспозицией 60 минут 0,03%- с экспозицией 30 минут Концентрация дезинфицирующего средства для дезинфекции уборочного инвентаря должна быть не более в пределах: 0,2%- с экспозицией до 120 минут 0.30% с экспозицией -60 минут Средство должно обладать выраженной антимикробной активностью в отношении грамположительных (Гр+) и грамотрицательных (Гр-) микроорганизмов, включая микобактерии туберкулеза, возбудителям внутрибольничных и анаэробных инфекций, синегнойную палочку, золотистый стафилококк, обладать спороцидной активностью, возбудителей парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, острых респираторных инфекций (ротавирусы, энтеровирусы, полиомиелит и другие), грибов рода Кандида и Трихофитон и плесневых, возбудителям опасных инфекций. (чума, холера, сап, мелиоидоз, сибирская язва); Средство должно отвечать основным требованиям и обладать: Срок годности в упаковке - 5 лет, в рабочем растворе – не менее 5 дней Форма выпуска: таблетки. Дезинфицирующее средство должно иметь инструкцию по его применению.				
3	Дезинфицирующее средство для проведения дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов и химической стерилизации медицинских инструментов и изделий медицинского назначения (для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой эндоскопов механизированным способом, дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой эндоскопов ручным способом, предварительной предстерилизационной (или окончательной) очистки эндоскопов ручным способом, дезинфекции высокого уровня эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, стерилизации изделий медицинского назначения химическим методом).	Канистра/ 1000мл	40	6 700	268 000

Химический состав дезсредства и действующие вещества: ЧАС, Третичный амин, Гуанидин, Спирты, Поверхностно-активные вещества (ПАВ), N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3 %, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + дидецилдиметиламмоний хлорид 9 %, Изопропиловый спирт (пропанол-2) , Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ), Характеристика: Дезинфицирующее средство должно относиться к 3-4 классу опасных веществ по токсичности и не обладать кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью, его применение должно допускаться в присутствии больных и персонала. Обладать дезинфицирующими и моющими свойствами, хорошо смываемые водой, не оказывающие повреждающее воздействие на материалы. Концентрация дезинфицирующего средства для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой эндоскопов при инфекциях бактериальной этиологии (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии при обработке ручным способом должна быть не более с экспозицией в пределах : 0,5%- с экспозицией 20 минут 1,0% с экспозицией -10 минут Концентрация дезинфицирующего средства для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой эндоскопов, при инфекциях бактериальной этиологии(включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии при обработке механизированным способом должна быть не более в пределах: 0,5%- с экспозицией 20 минут. 1,0% с экспозицией -10 минут Концентрация дезинфицирующего средства для предварительной предстерилизационной (или окончательной) очистки эндоскопов ручным способом при инфекциях бактериальной этиологии(включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии при обработке ручным способом должна быть не более в пределах: 0,01%- с экспозицией 30 минут Концентрация дезинфицирующего средства для дезинфекции высокого уровня эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях. должна быть не более в пределах: -3% с экспозицией 15 минут 4,0% с экспозицией 5 минут				
--	--	--	--	--

	Стерилизации изделий медицинского назначения химическим методом при инфекциях бактериальной этиологии (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии должна быть не более в пределах: 4,0%- с экспозицией 15 минут 5,0% с экспозицией 5 минут Средство должно обладать выраженной антимикробной активностью в отношении Гр+ и Гр- микроорганизмов, включая микобактерии туберкулеза, возбудителям внутрибольничных и анаэробных инфекций, синегнойную палочку, золотистый стафилококк, обладать спороцидной активностью, возбудителей парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, острых респираторных инфекций (ротавирусы, энтеровирусы, полиомиелит и другие), грибов рода Кандида и Трихофитон и плесневых, возбудителям опасных инфекций. (чума, холера, сап, мелиоидоз, сибирская язва); Средство должно отвечать основным требованиям и обладать: Срок годности в упаковке - 5 лет, в рабочем растворе – не менее 14 дней Дезинфицирующее средство должно иметь инструкцию по его применению.				
4	Дезинфицирующее средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки (ПСО) медицинских инструментов и изделий медицинского назначения (для дезинфекции всех медицинских инструментов и изделий медицинского назначения, дезинфекции совмещенной с ПСО всех медицинских инструментов и изделий медицинского назначения ручным способом, дезинфекции совмещенной с ПСО всех медицинских инструментов и изделий медицинского назначения механизированным способом, ПСО всех медицинских инструментов и изделий медицинского назначения ручным способом, ПСО всех медицинских инструментов и изделий медицинского назначения механизированным способом, дезинфекции оборудования и приборов методом протирания, дезинфекции лабораторной посуды). Химический состав дезсредства и действующие вещества: ЧАС, Третичный амин, Гуанидин, Спирты, Поверхностно-активные вещества (ПАВ), N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3 %, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + дидецилдиметиламмоний хлорид 9 %, Изопропиловый спирт (пропанол-2), Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ), Характеристика: Дезинфицирующее средство должно относиться к 4 классу опасных веществ по токсичности и не обладать кожно-резорбтивной и сенсibiliзирующей активностью, его применение должно допускаться в присутствии больных и персонала. Обладать	Канистра/ 1000мл	20	4 000	80 000

дезинфицирующими и моющими свойствами, хорошо смываемые водой, не оказывающие повреждающее воздействие на материалы. Концентрация дезинфицирующего средства для дезинфекции совмещенной с ПСО при инфекциях бактериальной этиологии (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии при обработке ручным способом должна быть не более с экспозицией в пределах : 0,1%- с экспозицией 60 минут 0,5%- с экспозицией 20 минут 1,0% с экспозицией -10 минут Концентрация дезинфицирующего средства для дезинфекции совмещенной с ПСО при инфекциях бактериальной этиологии(включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии при обработке механизированным способом должна быть не более в пределах: 0,1%- с экспозицией 60 минут 0,5%- с экспозицией 20 минут, простой конфигурации 10 минут 1,0% с экспозицией -10 минут Концентрация дезинфицирующего средства для ПСО при инфекциях бактериальной этиологии(включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии при обработке механизированным способом должна быть не более в пределах: 0,01%- с экспозицией 10 минут Концентрация дезинфицирующего средства для ПСО при инфекциях бактериальной этиологии(включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии при обработке ручным способом должна быть не более в пределах: 0,01%- с экспозицией 20-30 минут Средство должно обладать выраженной антимикробной активностью в отношении Гр+ и Гр- микроорганизмов, включая микобактерии туберкулеза, возбудителям внутрибольничных и анаэробных инфекций, синегнойную палочку, золотистый стафилококк, обладать спороцидной активностью, возбудителей парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, острых респираторных инфекций (ротавирусы, энтеровирусы, полиомиелит и другие), грибов рода Кандида и Трихофитон и плесневых , возбудителям опасных инфекций. (чума, холера, сап, мелиоидоз, сибирская язва); Средство должно отвечать основным требованиям и обладать: Срок годности в упаковке - 5 лет, в рабочем растворе – не менее 14 дней Дезинфицирующее средство должно иметь инструкцию по его применению.				
--	--	--	--	--

5	Дезинфицирующие средства для экспресс обработки поверхностей для надлежащего обеспечения норм санитарии и гигиены в лечебных и профилактических учреждениях, предприятиях и объектов, связанных с высоким риском заражения инфекционными и вирусными болезнями, а также с повышенными требованиями к санитарному состоянию помещений: Рентген оборудование и другие медицинские приборы подлежащие поверхностной обработки, кушетки, жгуты, электроотсасывали поверхность, фонендоскопы, тонометры, лабораторные приборы и столы, помещения общепита. Состав: спирты, производные хлора, фенолы, четвертичные аммониевые соединения, йодофоры, третичные амины, глюкотопамины, пероксид водорода. Характеристики: Средство должно обладать антимикробным свойством в отношении бактерий, выраженной антибактериальной активностью в отношении Гр+ и Гр- микроорганизмов, спорообразующих вирусов, возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, "атипичной пневмонии" и грибов рода Кандида и Трихофитон, возбудителям внутрибольничных инфекций, возбудителям опасных инфекций. (туберкулез, чума, холера, сап, мелиоидоз, сибирская язва); Средство должно отвечать основным требованиям и обладать: микробиологической эффективностью; совместимостью с обрабатываемыми материалами; экономичностью; степенью устойчивости к органической нагрузке; скоростью действия; (малым временем экспозиции 5,10,15 минут); отсутствием воспламеняемости и взрывоопасности; длительное антимикробное действие; наличие действующих веществ, не провоцирующих резистентность микрофлоры; безопасность для использования, то есть, исключение возможных токсических, аллергенных, онкогенных и т.д. реакций. дезинфицирующее средство с приятным запахом или без запаха; без оставления следов на одежде и обрабатываемой поверхности.	Банка/70 салфеток	250	3 340	835 000
6	Кожный антисептик (карманный) для для гигиенической антисептики, обработки рук медицинского персонала (хирургов, акушеров, анестезиологов, медсестер), проводящих операции или принимающих роды, обеззараживания участков кожи перед инъекцией, анализом крови, забором крови у донора, при проведении манипуляций у постели больного. Состав (может содержать одно или более действующих веществ, т.е. быть однокомпонентным или многокомпонентным): спиртосодержащий, содержащий	Флакон (спрей)/ 100мл	250	2 900	725 000

	органические кислоты, гуанидины, галоиды, ПАВ (поверхностно-активные), кислородсодержащие, биспиридины. Характеристики: – сильное микробоцидное действие, полностью уничтожающее микроорганизмы; – короткая экспозиция, до 30 секунд ; – длительное антимикробное действие; – наличие действующих веществ, не провоцирующих резистентность микрофлоры; – безопасность для использования, то есть, исключение возможных токсических, аллергенных, онкогенных и т.д. реакций. - дезинфицирующее средство с приятным запахом - без оставления следов на одежде - не пенящееся				
7	Кожный антисептик (хирургический) для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушеров и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) различного профиля, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии); обработки кожи операционных и инъекционных полей пациентов в ЛПУ, медицинских кабинетах различных учреждений, а также в условиях транспортировки в машинах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях (обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания крови; обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов и органов; для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний после посещения бань, душевых, саун, бассейнов и т.п.; обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала в микробиологических лабораториях при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях, в том числе в случае попадания на перчатки инфекционного материала; при сборе медицинских отходов; а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию; дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. Состав (определяется основным действующим компонентом и может содержать одно или более действующих веществ): спиртсодержащий, содержащий органические	Флакон с дозирующей крышкой/ 1000мл	550	4 300	2 365 000

	кислоты, гуанидины, галоиды, ПАВ (поверхностно-активные), кислородсодержащие, биспиридины. Без применения 75% этанола так как 15 минутное воздействие вещества вызывает значительные изменения структуры материала перчаток. Проникая через перчатки, эти вещества оказывают аллергическое и/или повреждающее действие на кожу рук. Характеристики: -не портит обрабатываемые объекты, -не обесцвечивает ткани, -не фиксирует органические загрязнения, -не вызывает коррозии металлов, включая углеродистые стали и сплавы, сплавы титана и цветных металлов (латунь, медь), не повреждает оптику и термолабильные материалы. -обладает сильным микробицидным действием, полностью уничтожающее микроорганизмы; -короткая экспозиция, до 30 секунд ; -длительное антимикробное действие; -наличие действующих веществ, не провоцирующих резистентность микрофлоры; -безопасность для использования, то есть, исключение возможных токсических, аллергенных, онкогенных и т.д. реакций. -дезинфицирующее средство с приятным запахом -без оставления следов на одежде -не пенящееся				
8	Лоток почкообразный из нержавеющей стали. Размер: 260мм.	Штука	86	2 769	238 134
9	Кружка для антисептиков (для обработки операционного поля) из нержавеющей стали. Объем 300мл.	Штука	20	3 950	79 000
10	Реагент А калибровочный/A calibration reagent Audicom.	Флакон/ 400мл	30	36 075	1 082 250
11	Реагент В стандартный/B standart reagent Audicom.	Флакон/ 200мл	10	29 600	296 000
12	Реагент активации электродов/Electrode activation reagent Audicom.	Флакон/ 10мл	20	15 540	310 800
13	Реагент депротенизации электродов/Electrode deproteinization reagent Audicom.	Флакон/ 10мл	20	15 540	310 800
14	Тиотропия бромид. Раствор для ингаляций 2,5мкг/ингаляция в комплекте с ингалятором.	Упаковка	30	13 123,92	393 717, 6

15	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	24	18 960	455 040
16	Диагностический набор реагентов для определения АСТ для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	24	18 960	455 040
17	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	24	11 500	276 000
18	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа	Набор	2	29 000	58 000

	двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
19	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	26	15 700	408 200
20	Диагностический набор реагентов для определения Железа для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	2	38 350	76 700
21	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые	Набор	38	28 090	1 067 420

	оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
22	Диагностический набор реагентов для определения Лактатдегидрогеназы для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения LDH. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	1	33 240	33 240
23	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	25	15 740	393 500
24	Диагностический набор реагентов для определения общего белка для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для	Набор	14	10 780	150 920

	реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
25	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	15	28 240	423 600
26	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	2	28 240	56 480
27	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение	Набор	6	21 840	131 040

	процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
28	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	4	43 620	174 480
29	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	2	24 280	48 560
30	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не	Набор	2	14 320	28 640

	требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
31	Мультикалибратор для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	Набор	1	126 420	126 420
32	Моющий раствор для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	Набор	20	29 200	584 000
33	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	16	54 080	865 280
34	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого	Набор	16	61 580	985 280

	эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
35	Мультикалибратор липидов для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	Набор	4	11 340	45 360
36	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	31	44 020	1 364 620
37	Калибратор для специфических белков для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий	Набор	2	147 840	295 680

	предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора				
38	Контроль для специфических белков (level 1) для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие патологическому диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	Набор	8	156 000	1 248 000
39	Диагностический набор реагентов для определения Иммуноглобулин G для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Общий объем реагента должен быть не менее 50мл. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	1	77 280	77 280
40	Диагностический набор реагентов для определения Иммуноглобулин M для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Общий объем реагента должен быть не менее 50мл. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	1	72 220	72 220
41	Комплимент С3 для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Общий объем реагента должен быть не менее 50. Контейнера должны быть полностью	Набор	1	40 140	40 140

	адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
42	Комплимент С4 для биохимического анализатора BS200E. Общий объем реагента должен быть не менее 50. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	1	45 160	45 160
43	Диагностический набор реагентов для определения ферритина для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Общий объем реагента должен быть не менее 50мл. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	1	309 500	309 600
44	Калибратор FER. Специальный калибратор для тестов при количественном определении ферритина. Для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	Набор	1	321 500	321 600
45	Контроль мультимун. Специальный реагент для проведения процедуры QC при выполнении тестов на FER. Для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	Набор	1	281 000	281 000
46	Диагностический набор реагентов для определения Антистрептолизина О. Трехкомпонентный набор реагентов для определения Антистрептолизина О Для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Объем рабочего раствора не менее 70мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R, R1, R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. В составе набора обязательное наличие сывороток для проведения QC, а также флакон с калибратором. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-	Набор	1	299 180	299 180

	кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
47	Диагностический набор реагентов Ангиотензина превращающий фермент. Набор реагентов Ангиотензина превращающий фермент для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Набор	1	83 200	83 200
48	Калибратор ACE. Специальный калибратор для тестов при количественном определении Ангиотензина превращающий фермент. Для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	Набор	1	112 480	112 480
49	Контроль ACE. Специальный реагент для проведения процедуры QC при выполнении тестов на ACE. Для биохимического анализатора BS200E закрытого типа. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	Набор	1	295 060	295 060
Итого:					20 732 121, 60

Подпись 