

Осуществление закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно гл.10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

г. Усть-Каменогорск

13.03.2019 год

КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, осуществляет закуп **лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники на основании гл.10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи"** способом запроса ценовых предложений. Наименование и объем (количество) **лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники** прилагается (приложение №1).

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Сроки поставки: *по заявке Заказчика в течение 2019 года.*

Ценовые предложения потенциальных поставщиков представляются (направляются) организатору нарочно или по почте по адресу: **070000, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4. Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 08.15 часов «20» марта 2019 года.**

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «20» марта 2019 года по следующему адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, кабинет отдела государственных закупок.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в

информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

9) при покупке фармацевтических препаратов - документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Гл. врач

пов



№ лота	Наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная на закупку, тенге	Сумма, выделенная на закупку, тенге
1	Дидрогестерон. Таблетки 10мг.	таблетка	13 200	139,38	1 839 816
2	Неостигмина бромид. Раствор для инъекций	ампула	50	11,66	583
3	Платифиллина гидротартрат. Раствор для инъекций 0,2% 1,0	ампула	3 000	14,64	43 920
4	Фолиевая кислота. Таблетки 1мг.	таблетка	400	1,9	760
5	Нитроглицерин. Таблетки 0,5мг.	таблетка	300	2,82	846
6	Ко-тримоксазол. Таблетки 480мг.	таблетка	1 500	6,67	10 005
7	Перекись водорода. Раствор для наружного применения 3% 90,0.	флакон	100	35,34	3 534
8	Этанол. Раствор для наружного применения 70% 50,0.	флакон	20 000	56,42	1 128 400
9	Фитоменадион. Раствор внутримышечный 10мг/мл	ампула	130	298	38 740
10	Хлорпромазин. Раствор для инъекций 2,5% 2,0	ампула	50	15,87	793,5
11	Клонидин. Таблетки 0,15мг	таблетка	90	3,12	280,8
12	Гепарин. Раствор для инъекций 5000 ЕД/мл по 5 мл	флакон	300	393,45	118 035
13	Дипиридамол. Таблетки 25мг	таблетка	3 000	13,46	40 380
14	Марля медицинская, отбеленная (плотность 28+/- 2 г/м2.). Ширина 90см. В бобинах.	метр	10 000	44	440 000
15	Вата не стерильная.	упаковка/ 100 грамм	3 000	146	438 000
16	Кетгут 3/0 (3) 75см, игла реж. 20-25мм. Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки. Сохранение достаточной прочности в организме после имплантации не более 7-8 суток. Полное рассасывание не более 35-90 дней. Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла из хромоникелевой аустенитной стали, способностью выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до	штука	250	633	158 250

	отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла должна иметь приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – режущая, длина 20-25 мм, изгиб 1/2.				
17	ПГА 1 (4) 75см игла 30мм реж. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити. Цвет нити - фиолетовый (для лучшей визуализации в ране). После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание не более 56 и 70 днем. Размер нити USP 2/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали, способностью выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа - не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла должна иметь приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – режущая длина 30 мм, изгиб 1/2. Стерилизация - газовым методом.	штука	150	995	149 250
18	ПГА 2/0 (3) 75см игла 30мм реж. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити. Цвет нити - фиолетовый (для лучшей визуализации в ране). Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв	штука	150	675	101 250

	составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. Размер нити USP 2/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – режущая длина 30 мм, изгиб 1/2. Стерилизация - газовым методом.				
19	ПГА 3/0 (2) 75см игла 20мм реж. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити. Цвет нити - фиолетовый (для лучшей визуализации в ране). Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной , способностью выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – режущая длина 20 мм, изгиб 1/2. Стерилизация - газовым методом.	штука	100	869	86 900
20	ПГА 4/0 (1) 75см игла 20мм реж. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90%-гликолида и 10%	штука	50	726	36 300

	L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити. Цвет нити - фиолетовый (для лучшей визуализации в ране). Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5 , длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – режущая длина 20 мм, изгиб 1/2. Стерилизация - газовым методом.				
21	Капрон. Нить капроновая, не рассасывающаяся, стерильная 2/0-толщина нити (metric 3) – 150см. без иглы, крученая из капроновых (полиамидных) комплектных нитей, неокрашенная.	штука	750	101	75 750
22	Капрон. Нить капроновая, не рассасывающаяся, стерильная 2/0-толщина нити (metric 3) – 10 м. без иглы, плетеная или крученая из капроновых (полиамидных) комплектных нитей, неокрашенная.	штука	100	397	39 700
23	Капрон. Нить капроновая, не рассасывающаяся, стерильная 1-толщина нити (metric 4) – 150 см. без иглы, плетеная или крученая из капроновых (полиамидных) комплектных нитей, неокрашенная.	штука	250	101	25 250
24	Капрон. Нить капроновая, не рассасывающаяся, стерильная 2-толщина нити (metric 5) – 150 см. без иглы, плетеная или крученая из капроновых (полиамидных) комплектных нитей, неокрашенная.	штука	250	101	25 250
25	Капрон. Нить капроновая, не рассасывающаяся, стерильная 2-толщина нити (metric 5) – 10 м. без иглы, плетеная или крученая из капроновых (полиамидных) комплектных нитей, неокрашенная.	штука	100	329	32 900

26	Кегут. Нить хирургическая, рассасывающаяся 2 – толщина (metric 6) – 150 см. без иглы, однократного применения, стерильная. Натуральный коллагеновый шовный материал из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец.	штука	250	1 155	288 750
27	Кегут. Нить хирургическая, рассасывающаяся 1 – толщина (metric 5) – 150 см. без иглы, однократного применения, стерильная. Натуральный коллагеновый шовный материал из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец.	штука	250	1 012	253 000
28	Офтальмоскоп прямой. Технические характеристики: Диапазон, дптр: широкий, от -29 до +30 с шагом 1диоптрия Диафрагмы: открытая, средняя, точечная, щелевая, концентрическая шкала, зелёный фильтр Фильтры: бесцветный, может использоваться совместно с любым режимом осмотра глазного дна Регулировка яркости: плавная Освещение: яркое и белое светодиодное Тип питания: аккумулятор Опции: диск прямого действия и широкий диапазон линз Легкодоступный диск прямого действия для оперативного выбора необходимой линзы, а также полного контроля относительно того, где в диапазоне линз находится врач. Быстрая смена линз +/- 20D. Номинальная рабочая дистанция 440мм. Разрешение должно поддерживаться от 350 мм до 650 мм расстояния от инструментов до глаз рассматриваемых с 20D линзой; Изображение с камеры возможно регулировать ± 7 градусов; Вертикальная настройка должна происходить вращением винта настройки на отражающем держателе. Глубина поля: $\pm 35\text{мм}$ @ 440мм; Светодиодное освещение Сменный фильтр Упор для бровей Комплектация: - офтальмоскоп; - зарядное устройство;	комплект	1	550 000	550 000

	- футляр.				
Итого:					5 926 643, 30